

Note de service

DESTINATAIRE : À tous les médecins œuvrant au CISSS de Lanaudière (Nord et Sud)
Au service de prévention et contrôle des infections
À la Direction de santé publique de Lanaudière

EXPÉDITEUR : Service de microbiologie du laboratoire de biologie médicale du CISSS
Lanaudière Nord (CHDL)

DATE : Le 23 septembre 2020

OBJET : Résultats de dépistage positifs avec faible quantité d'ARN viral COVID-19,
anciennement résultats Équivoque

Madame, monsieur

Nous désirons vous informer des changements suivant dans les libellés de rapports de laboratoire en lien avec la détection du SARS-CoV2 (COVID 19) pour les résultats «Équivoque». Ces résultats sont maintenant considérés comme faiblement positifs.

Les tests positifs avec une faible quantité de virus peuvent représenter :

- un échantillon prélevé en tout début de maladie
- un échantillon prélevé plusieurs jours ou semaines après l'infection (à ce stade, la quantité d'ARN viral est faible et n'est pas toujours détectée dans chaque échantillon ni dans chaque analyse d'un même échantillon)
- un échantillon mal prélevé ou mal conservé provenant d'un usager avec infection récente/contagieuse
- un échantillon faussement positif (les TAAN utilisés au Québec sont extrêmement spécifiques, mais des résultats faussement positifs peuvent survenir très rarement en raison d'une contamination inter échantillons ou encore d'un mélange d'échantillons).

Un algorithme décisionnel de la prise en charge de patients asymptomatiques ayant un résultat détecté avec une faible quantité de virus sera publié sous peu.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



Dr. Éric Gaudreault
Microbiologiste-Infectiologue

c.c.: Microbiologistes-infectiologues

Annick Larose, chef du service de prévention et contrôle des infections

Dre Joane Désilets, Médecin, adjointe médicale en maladies infectieuses, Direction de santé publique de Lanaudière